

Diagnostiques Ballbar (%)**RENISHAW****YZ 220Deg 150mm Calibré F0500 20190829-111822**

Opérateur: fabrice.simon

Machine: VF6 003

Date: 2019-août-29 11:18:22

QC20-W: 1TE688, Dernière calibration: 2019-04-17

44% Equerrage
63,0 μ m/m

20% Pics d'inversion Z
▲ 4,3 μ m

17% Jeu à l'inversion Y
▶ 3,6 μ m
◀ 1,0 μ m

6% Pics d'inversion Y
▶ -0,9 μ m
◀ -1,4 μ m

3% Erreur cyclique Z
↑ 0,7 μ m
↓ 0,7 μ m

Rayon parfait 150,0034mm
Circularité 16,7 μ m

