

Diagnostiques Ballbar (%)**RENISHAW****XY 360Deg 150mm Calibré F0500 20190829-110910**

Opérateur: fabrice.simon

Machine: VF6 003

Date: 2019-août-29 11:09:10

QC20-W: 1TE688, Dernière calibration: 2019-04-17

62% Equerrage -158,3 μ m/m
 10% Jeu à l'inversion Y
 ▲ 3,7 μ m
 ▼ 1,1 μ m
 8% Différence d'échelle 5,9 μ m
 5% Rectitude Y -3,9 μ m
 4% Jeu à l'inversion X
 ▶ 1,3 μ m
 ◀ 1,7 μ m

Tolérance de position 106,8 μ m
 Rayon parfait 150,0082mm
 Circularité 26,6 μ m

